

Halbjährliche Qualitätskontrolle des Bohrloch-Messplatzes
hier: Zählstatistik

Gerätename: ISOMED 200		FNR.: 0815		Festlegung Bezugswerte: 02.01.2017		
Prüfstrahler: Cs-137		SN: 4711		HWZ (a): 30 a		
Aktivität: 10 kBq				Bezugsdatum: 09.12.2009		
Sollwert $3,3 \leq \chi \leq 16,9$						
Datum	Messung	Messwert [cpm]	(Nx - N) ²	Chi χ	Bemerkung	Unterschrift
	1	7745	2411			
	2	7723	734			
	3	7596	9980			
	4	7787	8299			
	5	7764	4638			
	6	7634	3832			
	7	7613	6872			
	8	7602	8817			
	9	7739	1858			
	10	7756	3612			
	Mittelwert	7696	51053	6,6	in Ordnung	Karl Napf
	1	7789	8668			
	2	7780	7073			
	3	7490	42395			
	4	6991	496884			
	5	7764	4638			
	6	7634	3832			
	7	7613	6872			
	8	7602	8817			
	9	7739	1858			
	10	7756	3612			
	Mittelwert	7616	584648	76,8	Service informiert	Gustav Gans